




Казакстан, 050060, Алматы, ул. Тимирязева, 56, тел.: +7 (727) 275 69 44; +7 (727) 275 69 37; факс: +7 (727) 274 49 06
БИН 901040000030, ИИК KZ05856000006674667, БИК КСЖВКЗКХ в АО "Банк ЦентрКредит",
e-mail: aquameter.kz@mail.ru, www.aquameter.kz



ПЛ ТОО "Акваметр"

(наименование подразделения государственной метрологической службы или метрологической службы юридического лица)

Аттестат аккредитации KZ.П.02.0035 от 13.06.2016 г до 13.06.2021 г

(номер аттестата аккредитации)

KZ.П.02.0035

ИЗВЕЩЕНИЕ

о непригодности к применению № 26

Средство измерений (эталон) Теплосчетчик

наименование, тип, обозначение

СТУ-1

заводской номер 261

принадлежащее мк. Нуркент д. 5/15

наименование юридического (физического) лица

на основании результатов поверки признано непригодным к применению.

Причина непригодности :

погрешность ультразвукового преобразователя расхода 1 канала превышает допустимое значение

Руководитель отдела (лаборатории)

подпись

Штамп с отметкой "Забраковано":

Поверитель

подпись

Л.С.Квасникова

инициалы, фамилия

В.Г.Стукалов

инициалы, фамилия

" 04 " Сентября 19 г.



Казахстан, 050060, Алматы, ул. Тимирязева, 56, тел.: +7 (727) 275 69 44; +7 (727) 275 69 37; факс: +7 (727) 274 49 06
БИН 901040000030, ИИК KZ05856000006674667, БИК КСЖВКЗКХ в АО "Банк ЦентрКредит",
e-mail: aquameter.kz@mail.ru, www.aquameter.kz

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПРАВКА

При поверке поступившего в поверочную лабораторию ТОО «Акватр» теплосчетчик СТУ-1 № 261 установлено, что значения относительной погрешности ультразвукового преобразователя расхода на 1 канале: значительно превышают предельно допустимое значения.
Данный теплосчетчик СТУ-1 не пригоден к дальнейшей эксплуатации

Мастер ремонтного участка
ТОО «Акватр»
04.09.2019 г.



Квасникова Л.С



Казахстан, 050060, Алматы, ул. Тимирязева, 56, тел.: +7 (727) 275 69 44; +7 (727) 275 69 37; факс: +7 (727) 274 49 06
БИН 901040000030, ИИК KZ058560000006674667, БИК КСЖВКЗКХ в АО "Банк ЦентрКредит",
e-mail: aquameter.kz@mail.ru, www.aquameter.kz



ПЛ ТОО "Акватр"

(наименование подразделения государственной метрологической службы или метрологической службы юридического лица)

Аттестат аккредитации KZ.П.02.0035 от 13.06.2016 г до 13.06.2021 г

(номер аттестата аккредитации)

KZ.П.02.0035

ИЗВЕЩЕНИЕ

о непригодности к применению № 18

Средство измерений (эталон) Теплосчетчик
наименование, тип, обозначение

СТУ-1

заводской номер 2642

принадлежащее мк. Нуркент д. 5/4

наименование юридического (физического) лица

на основании результатов поверки признано непригодным к применению.

Причина непригодности:

неисправность первого канала ультразвукового преобразователя расхода

Руководитель отдела (лаборатории) [подпись]

подпись

Штамп с отметкой "Забраковано":

Поверитель [подпись]

подпись

Л.С.Квасникова

инициалы, фамилия

В.Г.Стукалов

инициалы, фамилия

" 28 " Июня 19 г.



Қазақстан, 050060, Алматы, ул. Тимирязева, 56, тел.: +7 (727) 275 69 44; +7 (727) 275 69 37; факс: +7 (727) 274 49 06
БИН 901040000030, ИИК KZ058560000006674667, БИК КСЖКЗКХ в АО "Банк ЦентрКредит",
e-mail: aquameter.kz@mail.ru, www.aquameter.kz


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПРАВКА

При поверке поступившего в поверочную лабораторию ТОО «Акватр» теплосчетчик СТУ-1 №2642 установлено, неисправность первого канала ультразвукового преобразователя расхода .

Данный теплосчетчик СТУ-1 не пригоден к дальнейшей эксплуатации

Мастер ремонтного участка
ТОО «Акватр»
28.06.2019 г.

Квасникова Л.С



Казакстан, 050060, Алматы, ул. Тимирязева, 56, тел.: +7 (727) 275 69 44; +7 (727) 275 69 37; факс: +7 (727) 274 49 06
БИН 901040000030, ИИК KZ058560000006674667, БИК КСЖВКЗКХ в АО "Банк ЦентрКредит",
e-mail: aquameter.kz@mail.ru, www.aquameter.kz



ПЛ ТОО "Акваметр"

(наименование подразделения государственной метрологической службы или метрологической службы юридического лица)

Аттестат аккредитации KZ.П.02.0035 от 13.06.2016 г до 13.06.2021 г

(номер аттестата аккредитации)

KZ.П.02.0035

ИЗВЕЩЕНИЕ

о непригодности к применению № 27

Средство измерений (эталон) Теплосчетчик
наименование, тип, обозначение

СТУ-1

заводской номер 635

принадлежащее мк. Нуркент д. 5/13

наименование юридического (физического) лица

на основании результатов поверки признано непригодным к применению.

Причина непригодности:

погрешность ультразвукового преобразователя расхода 2 канала превышает допустимое значение

Руководитель отдела (лаборатории)

подпись

Штамп с отметкой "Забраковано":

Поверитель

подпись


Л.С.Квасникова

инициалы, фамилия

В.Г.Стукалов

инициалы, фамилия

" 04 " Сентября 19 г.



Қазақстан, 050060, Алматы, ул. Тимирязева, 56, тел.: +7 (727) 275 69 44; +7 (727) 275 69 37; факс: +7 (727) 274 49 06
БИН 901040000030, ИИК KZ05856000006674667, БИК КСЖВКЗКХ в АО "Банк ЦентрКредит",
e-mail: aquameter.kz@mail.ru, www.aquameter.kz

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПРАВКА

При поверке поступившего в поверочную лабораторию ТОО «Акваметр» теплосчетчик СТУ-1 №635 установлено, что значения относительной погрешности ультразвукового преобразователя расхода на 2 канале: значительно превышают предельно допустимое значения.
Данный теплосчетчик СТУ-1 не пригоден к дальнейшей эксплуатации

Мастер ремонтного участка
ТОО «Акваметр»
04.09.2019 г.



Квасникова Л.С



Казахстан, 050060, Алматы, ул. Тимирязева, 56, тел.: +7 (727) 275 69 44; +7 (727) 275 69 37; факс: +7 (727) 274 49 06
БИН 901040000030, ИИК KZ058560000006674667, БИК KСІВКZKХ в АО "Банк ЦентрКредит",
e-mail: aquameter.kz@mail.ru, www.aquameter.kz



ПЛ ТОО "Акваметр"

(наименование подразделения государственной метрологической службы или метрологической службы юридического лица)

Аттестат аккредитации KZ.П.02.0035 от 13.06.2016 г до 13.06.2021 г

(номер аттестата аккредитации)

ИЗВЕЩЕНИЕ

KZ.П.02.0035

о непригодности к применению № 17

Средство измерений (эталон)

Теплосчетчик

наименование, тип, обозначение

СТУ-1

заводской номер 2526

принадлежащее мк. Нуркент д. 5/7

наименование юридического (физического) лица

на основании результатов поверки признано непригодным к применению.

Причина непригодности :

неисправность второго канала ультразвукового преобразователя расхода

Руководитель отдела (лаборатории)

подпись

Штамп с отметкой "Забраковано":

Поверитель

подпись

Л.С.Квасникова

инициалы, фамилия

В.Г.Стукалов

инициалы, фамилия

" 28 " Июня 19 г.



Қазақстан, 050060, Алматы, ұл. Тимирязева, 56, тел.: +7 (727) 275 69 44; +7 (727) 275 69 37; факс: +7 (727) 274 49 06
БИН 901040000030, ИИК KZ058560000006674667, БИК КСЖВКЗКХ в АО "Банк ЦентрКредит",
e-mail: aquameter.kz@mail.ru, www.aquameter.kz

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПРАВКА

При поверке поступившего в поверочную лабораторию ТОО «Акваметр» теплосчетчик СТУ-1 №2526 установлено, неисправность второго канала ультразвукового преобразователя расхода.

Данный теплосчетчик СТУ-1 не пригоден к дальнейшей эксплуатации

Мастер ремонтного участка
ТОО «Акваметр»
28.06.2019 г.

Квасникова Л.С



Қазақстан, 050060, Алматы, ул. Тимирязева, 56, тел.: +7 (727) 275 69 44; +7 (727) 275 69 37; факс: +7 (727) 274 49 06
БИН 901040000030, ИИК KZ058560000006674667, БИК КСЖКЗКХ в АО "Банк ЦентрКредит",
e-mail: aquameter.kz@mail.ru, www.aquameter.kz



ПЛ ТОО "Акваметр"

(наименование подразделения государственной метрологической службы или метрологической службы юридического лица)

Аттестат аккредитации KZ.П.02.0035 от 13.06.2016 г до 13.06.2021 г

(номер аттестата аккредитации)

KZ.П.02.0035

ИЗВЕЩЕНИЕ

о непригодности к применению № 19

Средство измерений (эталон) Теплосчетчик
наименование, тип, обозначение

СТУ-1

заводской номер 2637

принадлежащее мк. Нуркент д. 5/8

наименование юридического (физического) лица

на основании результатов поверки признано непригодным к применению.

Причина непригодности :

погрешность ультразвукового преобразователя расхода 1 канала превышает допустимое значение

Руководитель отдела (лаборатории)

подпись

Штамп с отметкой "Забраковано":

Поверитель

подпись

Л.С.Квасникова

инициалы, фамилия

В.Г.Стукалов

инициалы, фамилия

" 28 " Июня 19 г.



Казахстан, 050060, Алматы, ул. Тимирязева, 56, тел.: +7 (727) 275 69 44; +7 (727) 275 69 37; факс: +7 (727) 274 49 06
БИН 901040000030, ИИК KZ05856000006674667, БИК КСЖВКЗКХ в АО "Банк ЦентрКредит",
e-mail: aquameter.kz@mail.ru, www.aquameter.kz

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПРАВКА

При поверке поступившего в поверочную лабораторию ТОО «Акваметр» теплосчетчик СТУ-1 №2637 установлено, что значения относительной погрешности ультразвукового преобразователя расхода на 1 канале: значительно превышают предельно допустимые значения на +11,2%

Данный теплосчетчик СТУ-1 не пригоден к дальнейшей эксплуатации

Мастер ремонтного участка
ТОО «Акваметр»
28.06.2019 г.

Квасникова Л.С



Казахстан, 050060, Алматы, ул. Тимирязева, 56, тел.: +7 (727) 275 69 44; +7 (727) 275 69 37; факс: +7 (727) 274 49 06
БИН 901040000030, ИИК KZ058560000006674667, БИК КСЖКЗКХ в АО "Банк ЦентрКредит",
e-mail: aquameter.kz@mail.ru, www.aquameter.kz



ПЛ ТОО "Акваметр"

(наименование подразделения государственной метрологической службы или метрологической службы юридического лица)

Аттестат аккредитации KZ.П.02.0035 от 13.06.2016 г до 13.06.2021 г

(номер аттестата аккредитации)

KZ.П.02.0035

ИЗВЕЩЕНИЕ

о непригодности к применению № 20

Средство измерений (эталон) Теплосчетчик

наименование, тип, обозначение

СТУ-1

заводской номер 2515

принадлежащее мк. Нуркент д. 5/9

наименование юридического (физического) лица

на основании результатов поверки признано непригодным к применению.

Причина непригодности :

погрешность ультразвукового преобразователя расхода 2 канала превышает допустимое значение

Руководитель отдела (лаборатории) _____

подпись

Штамп с отметкой "Забраковано":

Поверитель _____

подпись

Л.С.Квасникова

инициалы, фамилия

В.Г.Стукалов

инициалы, фамилия

" 11 " Июля 19 г.



Қазақстан, 050060, Алматы, ұл. Тимирязева, 56, тел.: +7 (727) 275 69 44; +7 (727) 275 69 37; факс: +7 (727) 274 49 06
БИН 90104000030, ИИК KZ05856000006674667, БИК КСЖВКЗКХ в АО "Банк ЦентрКредит",
e-mail: aquameter.kz@mail.ru, www.aquameter.kz

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПРАВКА

При поверке поступившего в поверочную лабораторию ТОО «Акваметр» теплосчетчик СТУ-1 №2515 установлено, что значения относительной погрешности ультразвукового преобразователя расхода на 2 канале: значительно превышают предельно допустимые значения на -11,8%

Данный теплосчетчик СТУ-1 не пригоден к дальнейшей эксплуатации

Мастер ремонтного участка
ТОО «Акваметр»
11.07.2019 г.

Квасникова Л.С



Қазақстан, 050060, Алматы, ул. Тимирязева, 56, тел.: +7 (727) 275 69 44; +7 (727) 275 69 37; факс: +7 (727) 274 49 06
БИН 901040000030, ИИК KZ058560000006674667, БИК КСЖКЗКХ в АО "Банк ЦентрКредит",
e-mail: aquameter.kz@mail.ru, www.aquameter.kz



ПЛ ТОО "Акваметр"

(наименование подразделения государственной метрологической службы или метрологической службы юридического лица)

Аттестат аккредитации KZ.П.02.0035 от 13.06.2016 г до 13.06.2021 г

(номер аттестата аккредитации)

KZ.П.02.0035

ИЗВЕЩЕНИЕ

о непригодности к применению № 16

Средство измерений (эталон) Теплосчетчик
наименование, тип, обозначение

СТУ-1

заводской номер 2562

принадлежащее мк. Нуркент д. 5/2

наименование юридического (физического) лица

на основании результатов поверки признано непригодным к применению.

Причина непригодности :

погрешность ультразвукового преобразователя расхода 2 канала превышает допустимое значение

Руководитель отдела (лаборатории) _____

подпись

Штамп с отметкой "Забраковано": _____

Поверитель _____

подпись

Л.С.Квасникова

инициалы, фамилия

В.Г.Стукалов

инициалы, фамилия

" 28 " Июня 19 г.



Казакстан, 050060, Алматы, ул. Тимирязева, 56, тел.: +7 (727) 275 69 44; +7 (727) 275 69 37; факс: +7 (727) 274 49 06
БИН 901040000030, ИИК KZ058560000006674667, БИК КСІВКЗКХ в АО "Банк ЦентрКредит",
e-mail: aquameter.kz@mail.ru, www.aquameter.kz

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПРАВКА

При поверке поступившего в поверочную лабораторию ТОО «Акваметр» теплосчетчик СТУ-1 №2562 установлено, что значения относительной погрешности ультразвукового преобразователя расхода на 2 канале: значительно превышают предельно допустимые значения на $Q_{\min} + 15\%$, $Q_{\min} + 20\%$

Данный теплосчетчик СТУ-1 не пригоден к дальнейшей эксплуатации

Мастер ремонтного участка
ТОО «Акваметр»
28.06.2019 г.

Квасникова Л.С



Қазақстан, 050060, Алматы, ул. Тимирязева, 56, тел.: +7 (727) 275 69 44; +7 (727) 275 69 37; факс: +7 (727) 274 49 06
БИН 901040000030, ИИК KZ058560000006674667, БИК KSJKZKX в АО "Банк ЦентрКредит",
e-mail: aquameter.kz@mail.ru, www.aquameter.kz



ПЛ ТОО "Акваметр"

(наименование подразделения государственной метрологической службы или метрологической службы юридического лица)

Аттестат аккредитации KZ.П.02.0035 от 13.06.2016 г до 13.06.2021 г

(номер аттестата аккредитации)

KZ.П.02.0035

ИЗВЕЩЕНИЕ

о непригодности к применению № 21

Средство измерений (эталон) Теплосчетчик

наименование, тип, обозначение

СТУ-1

заводской номер 2524

принадлежащее мк. Нуркент д. 5/3

наименование юридического (физического) лица

на основании результатов поверки признано непригодным к применению.

Причина непригодности :

при внешнем осмотре ультразвукового преобразователя расхода 1 канала был выявлен дефект разъема пьезоэлектрического датчика, что не соответствует требованиям эксплуатационных документов

Руководитель отдела (лаборатории) _____

подпись

Штамп с отметкой "Забраковано": _____

Поверитель _____

подпись

Л.С.Квасникова

инициалы, фамилия

В.Г.Стукалов

инициалы, фамилия

" 11 " Июля 19 г.

ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІК

аква
метр
КАЗАКСТАН



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

аква
метр
КАЗАКСТАН

Казахстан, 050060, Алматы, ул. Тимирязева, 56, тел.: +7 (727) 275 69 44; +7 (727) 275 69 37; факс: +7 (727) 274 49 06
БИН 901040000030, ИИК KZ058560000006674667, БИК КСЖВКЗКХ в АО "Банк ЦентрКредит",
e-mail: aquameter.kz@mail.ru, www.aquameter.kz

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПРАВКА

При внешнем осмотре поступившего в поверочную лабораторию ТОО «Акваметр» теплосчетчик СТУ-1 №2524 был выявлен дефект разъема пьезоэлектрического датчика, что не соответствует требованиям эксплуатационных документов.


Данный теплосчетчик СТУ-1 не пригоден к дальнейшей эксплуатации

Мастер ремонтного участка
ТОО «Акваметр»
11.07.2019 г.

Квасникова Л.С



Казакстан, 050060, Алматы, ул. Тимирязева, 56, тел.: +7 (727) 275 69 44; +7 (727) 275 69 37; факс: +7 (727) 274 49 06
БИН 901040000030, ИИК KZ058560000006674667, БИК KСJBKZKX в АО "Банк ЦентрКредит",
e-mail: aquameter.kz@mail.ru, www.aquameter.kz



ПЛ ТОО "Акваметр"

(наименование подразделения государственной метрологической службы или метрологической службы юридического лица)

Аттестат аккредитации KZ.П.02.0035 от 13.06.2016 г до 13.06.2021 г

(номер аттестата аккредитации)

KZ.П.02.0035

ИЗВЕЩЕНИЕ

о непригодности к применению № 25

Средство измерений (эталон) Теплосчетчик
наименование, тип, обозначение

СТУ-1

заводской номер 179

принадлежащее мк. Нуркент д. 5/14

наименование юридического (физического) лица

на основании результатов поверки признано непригодным к применению.

Причина непригодности :

погрешность ультразвукового преобразователя расхода 2 канала превышает допустимое значение

Руководитель отдела (лаборатории) _____

Штамп с отметкой "Забраковано": _____

Поверитель _____

подпись

подпись

Л.С.Квасникова

инициалы, фамилия

В.Г.Стукалов

инициалы, фамилия

" 04 " Сентября 19 г.



Қазақстан, 050060, Алматы, ул. Тимирязева, 56, тел.: +7 (727) 275 69 44; +7 (727) 275 69 37; факс: +7 (727) 274 49 06
БИН 901040000030, ИИК KZ058560000006674667, БИК КСЖВКЗКХ в АО "Банк ЦентрКредит",
e-mail: aquameter.kz@mail.ru, www.aquameter.kz

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПРАВКА

При поверке поступившего в поверочную лабораторию ТОО «Акваметр» теплосчетчик СТУ-1 № 179 установлено, что значения относительной погрешности ультразвукового преобразователя расхода на 2 канале: значительно превышают предельно допустимое значения.

Данный теплосчетчик СТУ-1 не пригоден к дальнейшей эксплуатации

Мастер ремонтного участка
ТОО «Акваметр»
04.09.2019 г.

Квасникова Л.С